

2024 年海珠区社会福利院医疗器械 产品采购项目需求书

为满足海珠区社会福利院业务发展需要，提供更全面的服务，根据老年人特性，提高本院适用性的服务项目，更好的服务于社会。现我院将采购一批医疗器械产品（含不锈钢护理摇床等），拟定相关需求条件。

一、项目需求

采购清单

广州市海珠区社会福利院采购清单			
序号	产品名称	数量	单位
1	不锈钢带轮护理摇床（含床垫）	30	张
2	移动紫外线灯	5	台
3	制氧机（带浓度显示+）	4	台
4	血压计	7	台
5	医用外科口罩	12000	个
6	医用丁腈检查手套	150	盒

技术参数：

（一）. 不锈钢带轮护理摇床（含床垫） 30 张

参数：

- ▲采用 304 不锈钢材质。规格：2060mm ×900mm ×500mm,床面规格：1900*900MM 床母主梁采用规格为 70mm*45mm 的不锈钢方管，厚度 1.2mm；床头床尾用直径 38MM*厚度 1.2mm 的不锈钢圆管；床面板采用 30*15MM 的横梁，厚度 1.0MM；横梁间隔 40MM，中间加 38*25MM 不锈钢加强梁。整体经焊接、打磨处理；病床的外观结构整齐，表面无毛刺、凹坑不平及焊点渣痕。
- 床尾板配有不锈钢病人信息卡插槽。
- ▲背部升降系统采用万向联轴节结构摇杆，安全可靠，隐藏式设计，无噪音，操作轻松自如，可

灵活调节床体各部位升降；到位极限保护螺杆，传动推力大于 160Kg。

4. ▲螺杆传动升降系统：丝杠采用高强度 45 钢加 ABS 强化塑料防尘套筒，使用寿命长，双向到位无极限保护装置。

5. 功能：背部升降 0-85 度；床体安全承载重量 300kg。

6. ▲配有棕榈床垫。

7. 床脚配有橡胶耐磨脚套，防止刮花地板及发出声音。

8. 床底面整体离地 400mm 以上，便于日常维护保养检查操作及卫生清洁工作。

配置清单：

序号	名称	数量	备注
1	床体	1 架	/
2	钢镀铬手柄万向头带安全限位摇杆	1 套	/
3	护栏	2 对	/
4	可拆卸轮子	4 个	/
5	棕榈床垫	1 张	/

(二) . 移动紫外线灯 5 台

规格要求：30 瓦

(三) . 制氧机（带浓度显示+） 4 台

一、基本参数

最大推荐流量 (L/min)	氧 浓 度 (V/V)	最大出 口 压力 (kpa)	雾 化 率 (ml/min)	雾 化 功能	氧浓度显 示功能	外形尺寸（长* 宽*高） cm	功率 (VA)
5	93%±3%	20	≥0.15	有	有	35*21*60	300

二、正常工作条件：1. 环境温度：5° C~40° C 2. 相对湿度：≤80% 3. 大气压力范围：86kPa~106kPa 4.

电源：AC220V±22V, 50Hz±1Hz

三、▲医用制氧机正常工作时的噪声应≤60dB(A)

四、▲医用制氧机在开机 5 分钟后电磁阀、各指示灯均应正常工作，并有氧气输出，在发生故障

时应有报警功能。

1. 输出的氧气浓度低于 82%(体积分数)时, 应有声光报警。 2. 系统中出现压缩机、电磁阀或管路断裂等故障时, 应有声光报警。 3. 网电源的中断, 使设备不能正常工作时, 应有红灯报警。

五、医用制氧机温升: 在正常工作情况下, 其塑料外壳最高温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$, 制氧机氧气出口处的气体温度 $\leq 46^{\circ}\text{C}$ 。

六、氧气应无异味。

七、▲品牌鱼跃。

(四). 血压计 7 台

▲规格要求: 臂式血压计 2 台, 手腕式血压计 5 台, 品牌欧姆龙

(五). 医用外科口罩 12000 个

▲规格要求: 品牌稳健

(六). 医用丁腈检查手套 150 盒

规格要求: 灭菌无粉, 小码, 100 只/盒

二、项目要求

(一) 供货要求:

1、投标人所投货物应与技术指标要求相同或相近, 投标货物应为原装的、全新的、符合有关质量标准的产品并附带产品三证, 并具有中国 CFDA 注册证。

2、包装: 均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

(二) 报价要求: 投标人的报价为合同总额。包含货物的购置和安装、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用、综合关税等。所有价格均应以人民币报价, 金额单位为元。

(三) 交货期: **自合同签订之日起 20 个工作日内**

(四) 质保期: 设备 1.3 二项产品设备安装调试验收合格后不少于 1 年, 提供完整的操作手册壹套。

- 1、质保期内，供货商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身、有偿维修保养服务。
- 2、质保期内保证开机率 $\geq 95\%$ ，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
- 3、广东省内设有售后服务部，常驻维修工程师，工程师响应时间 ≤ 2 小时，到场时间 ≤ 24 小时。

（五）验收要求：

- 1、中标货物交货后，正常工作 20 个工作日后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。
- 2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
- 3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。

（六）服务地点：广州市海珠区社会福利院。

三、项目总价

（一）项目预算：¥200000.00（人民币贰拾万元整），本项目重点比选项目价格、产品质量、售后服务措施。本项目经费包干使用，超支不补，包括税费、不可预见等其他费用和中国境内、外发生的与本服务项目执行有关的一切税费均由中选单位负担。

（二）付款方式：本项目合同的款项均以人民币方式支付，支付的所需文件为合同、验收报告、正式全额发票。项目经费分 3 期拨付，双方签订服务合同后十五个工作日内支付首期款（项目服务费的 30%）。所有设备到货，供货商负责完成安装调试并通过采购人(或采购人委托第三方)签字验收合格，采购人在设备验收合格一个月后向供货商支付合同总价的 65%。合同总价 5%作为质量保证金在质保期满后由采购人向供货商支付。

四、项目递交截止时间及递交地点

（一）递交资料截止时间：2024 年 3 月 20 日（以邮戳时间为准）

（二）递交资料地点：广州市海珠区社会福利院（广州市海珠区广州大道南 1690 号）。

五、项目报名条件

(一) 投标人必须是来自于中华人民共和国境内的独立法人企业须提供《营业执照》、《税务登记证》、复印件；投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

(二) 如投标人为代理经销商，重点产品 1.3 项须具备制造厂家对所投产品的有效授权函，或在确定中标后签订合同时提供厂家对所投产品的有效授权函；

(三) 投标人具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（计量器具提供计量证、消毒类设备提供卫生部门批件）；

(四) 投标人具备医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

(五) 本项目不允许联合投标，不得转包。

六、项目提供资料

(一) 单位登记证书复印件（加盖公章）。

(二) 资质证书复印件，包括但不限于产品资质证明文件及单位资质文件。

(三) 报名单位情况说明材料（包括但不限于公司近三年的业绩、相关采购单位评价证明、产品优势、报价单等）。

(四) 资料文件材料一式两份统一装入文件袋中密封，信封封面以文字打印方式注明比选申请人信息及项目信息（包括单位名称和项目名称），所有密封处、纸张黏贴处（如有）应加盖单位公章，否则视为无效将被拒收。不符合比选人资格要求及投标方式要求的，以无效投标处理。

(五) 报名资料必须加盖公章(A4 装订成册)密封送达，且应与实际相符，如有缺漏或虚假的，视为无效报名。

评标办法附表

本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“√”为准。本表内容须与《评标办法》正文对应条款的内容一起阅读理解，《评标办法》正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

序号	内容	说明与要求								
1	评标小组	本次招标依法组建评标小组。								
2	投标无效情形	《资格审查表》、和招标文件中其他投标无效条款。								
3	评标办法	<p>综合评分法：满分 100 分，分值构成如下：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>评审项目</th> <th>技术部分</th> <th>商务部分</th> <th>价格部分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>项目分值</td> <td>60 分</td> <td>25 分</td> <td>15 分</td> </tr> </tbody> </table> <p>综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分</p>	评审项目	技术部分	商务部分	价格部分	项目分值	60 分	25 分	15 分
评审项目	技术部分	商务部分	价格部分							
项目分值	60 分	25 分	15 分							
4	资格审查标准	详见附表 1《资格审查表》								
5	技术、商务评审标准	详见附表 2《技术评审表》、附表 2《商务评审表》								
6	价格评审标准	详见附表 2《价格评审表》								
7	中标供应商数量	1 名								

附表 1：资格审查表

序号	审查内容	符合	不符合
1	投标人必须是来自于中华人民共和国境内的独立法人企业须提供《营业执照》、《税务登记证》、复印件；投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定		
2	如投标人为代理经销商，重点产品 1.3 项须具备制造厂家对所投产品的有效授权函，或在确定中标后签订合同时提供厂家对所投产品的有效授权函；		
3	投标人具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（计量器具提供计量证、消毒类设备提供卫生部门批件）；		
4	投标人具备医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。		
5	本项目不允许联合投标，不得转包。		
结论			

备注：资格审查时：

1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

附表 2：评分表

评审项目	标准分	评审分项	内容说明	得分
技术部分 (60分)	18	所投产品对采购需求“技术参数及要求”中带“▲”号的重要技术条款响应情况	技术参数及要求的技术参数”中带“▲”号的重要技术条款（共9项）得18分，负偏离或不响应一项扣2分，最低得0分。	
	8	所投产品对采购需求“技术参数及要求”中不带“▲”或“★”号的一般技术条款响应情况	技术参数要求的技术参数”的一般技术参数（除标注“★”和“▲”技术参数外）对应响应情况进行评审： （1）全部满足或优于，得8分； （2）负偏离总数≤10项的，每出现一项负偏离，扣0.8分； （3）负偏离总数>10项的，得0分。	
	10	产品技术性能评审	所投产品整机工艺精良，关键部件匹配性高，技术性能可靠性卓越，得10分； 所投产品整机工艺水平较好，关键部件匹配性良好，技术性能可靠性较好，得6分； 所投产品整机工艺基本符合，关键部件匹配性较低，技术性能可靠性较低，得1分；	
	10	安装、调试及质量保证措施	安装、调试及质量保证措施内容详细完整，科学合理，可行性高的，得10分； 安装、调试及质量保证措施内容较详细完整，较科学合理，可行性较高的，得6分； 安装、调试及质量保证措施内容基本完整，基本科学合理，但可行性较低的，得1分； 本项未提供措施的，得0分。	
	14		具有完善具体的售后服务制度、维护保养的服	

		售后服务方案	<p>务内容，服务计划详尽能满足需求的，得 10 分；</p> <p>具有较为完善的售后服务制度、维护保养的服务内容，服务计划较能满足需求的，得 6 分；</p> <p>具有基本完善的售后服务制度、维护保养服务内容，服务计划基本能满足需求的，得 1 分；</p> <p>本项未提供方案的，得 0 分。服务承诺：</p> <p>承诺维修响应时间为 1 小时（含）以内、到场时间为 4 小时（含）内；技术培训每年 4 次或以上的，得 4 分；</p> <p>承诺维修响应时间为 2 小时（含）以内、到场时间为 6 小时（含）内；技术培训每年 1-3 次的，得 2 分；</p> <p>本项如未提供服务承诺，或承诺的响应时间长于以上情形，或未承诺提供培训的，得 0 分。</p>	
商务部分 (25 分)	8	销售同类产品的业绩（2020 年 1 月 1 日至投标截止时间止）	<p>投标人每提供一个业绩得 2 分，本项最高得 8 分。</p> <p>未按要求提供证明资料的，该项业绩不得分。</p>	
	12	产品授权	<p>投标人作为代理商、经销商投标的，提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的有效授权证明，或投标人为所投产品的生产企业的，得 12 分。</p> <p>本项未提供证明文件的，得 0 分。</p>	
	5	管理体系认证	<p>投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康、安全管理体系认证证书，每提供一个证得 1 分，最高 5 分；无</p>	

			提供得 0 分。	
价格部分 (15分)	15	投标报价得分	评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 $\text{价格得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times \text{价格部分分值}$	
总计				